

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante : **Terang Nusa Sdn Bhd (164501-X)**.
Dirección del fabricante : No 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone. 16100
Kota Bahru, Kelantan. Malaysia
Nombre del producto : Guantes quirúrgicos estériles de Látex
Tipo : Con polvo
Marca/Modelo : **MAXITEX**
Clasificación : EPI Categoría III

Yo, el abajo firmante, mediante la presente, declaro que el artículo desechable especificado arriba ha sido sometido al Examen UE de Tipo y a la conformidad con los requisitos del Reglamento UE 2016/425, de Equipos de Protección Individual – Cat III y, según el caso que corresponda, con los estándares nacionales traspuestos de las normas armonizadas EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, EN 374-2:2016, EN374-4:2013, and EN374-5:2016.

Emitido: : 12/06/2018
Emitido por: : SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee,
DIS YN2P, Ireland

Está sujeto a los procedimientos establecidos en el Anexo VII (Módulo C2) del Reglamento UE 2016/425, de Equipos de Protección Individual, bajo la supervisión del organismo notificado SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, DIS YN2P, Ireland, es idéntico al EPI del Certificado UE de Conformidad No: **2777/10576-01/ E00-00**

Fecha: : 19 de marzo de 2.019



NOOR AKILAH SAIDIN,
DEPUTY GM, RA